

There are no translations available.

Климатические камеры, обычно, бывают малых объемов - поэтому необходимо оценить можно ли в неё разместить соответствующее Вашим потребностям количество образцов при условии соблюдения указанного в ГОСТ количества и способа размещения. Далее нужно уточнить достаточная ли в ней мощность охлаждения чтобы обеспечить временные характеристики ГОСТ на количество образцов, обычно кратное 6, т.к. если камера будет выходить с образцами на заданный температурный режим сутки, вместо положенных 2,5 часов, то результаты испытаний вряд ли можно считать достоверными