

There are no translations available.

В аппаратах серии УТЗ 60 при проведении испытаний по ГОСТ 20287 испытываемую пробу нет необходимости доставать из холодной бани т.к. баня наклоняется на 45° и имеет смотровое окно для непосредственного визуального контроля пробы во время проведения испытаний, что очень удобно с практической точки зрения.